

## Raport analityczny AR-21-RE-038390-01

**Numer próbki 122-2021-00044988**

Data raportu 06.05.2021

<b>Klient</b>	SFD S.A. ul. Głogowska 41 45-315 Opole POLSKA
* <b>Rodzaj próbki</b>	ALLNUTRITION ALLDEYNN VITAROSE 120 tab 005-32419-2789321
* <b>Zlecający badania</b>	SFD S.A.
* <b>Data zlecenia klienta</b>	22.04.2021
* <b>Numer zlecenia</b>	1
<b>Próbki dostarczone przez</b>	Firmę kurierską
* <b>Próbki pobrane przez</b>	Zlecniodawcę
* <b>Cel badania</b>	próbka technologiczna
* <b>Sposób pobrania próbki/próbek</b>	brak danych
<b>Data przyjęcia próbki</b>	23.04.2021
* <b>Numer Partii</b>	AD210303
* <b>Termin przydatności</b>	2023-03-31
* <b>Opakowanie</b>	opakowanie producenta
<b>Stan próbki</b>	bez zastrzeżeń
<b>Warunki transportu</b>	w temp. otoczenia
<b>Ilość próbek zbadanych</b>	1
* <b>Kod próbki klienta</b>	14
<b>Data rozpoczęcia badania</b>	23.04.2021
<b>Data zakończenia badania</b>	04.05.2021

Test	Parametr	Metoda	Wynik	Jednostka	Niepewność pomiaru
KTD43	Cynk (Zn) (A)	LS-PP-CH-85, ICP-MS	6370 // 3 ,2	mg/kg // mg/Tablet	± 5%
SZQA3	Wapń (Ca) (A)	LS-PP-CH-2/22, ICP-OES	60500 // 121	mg/kg // mg/Tablet	± 15%
SZQA6	Żelazo (Fe) (A)	LS-PP-CH-2/20, ICP-OES	2790 // 1 ,4	mg/kg // mg/ Tablet	± 20%
SZQA8	Magnez (Mg) (A)	LS-PP-CH-2/23 , ICP-OES	28800 // 14 ,4	mg/kg // mg/Tablet	± 15%
SZQA9	Mangan (Mn) (A)	LS-PP-CH-2/21, ICP-OES	441 // 0 ,220	mg/kg // mg/Tablet	± 15%
SZQD5	Chrom (Cr) (A)	LS-PP-CH-85, ICP-MS	121 // 60 ,5	mg/kg // µg/Tablet	± 25%

A = Metoda akredytowana  
 x = Dane dostarczone od Klienta

Badania wykonano w laboratorium:  
 KTD43, SZQA3, SZQA6, SZQA8, SZQA9, SZQD5: Eurofins Environment Testing Slovakia Turčianske RE000HB: ISO/IEC 17025:2017  
 SNAS S-406

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia  $k=2$ .

## **PODSUMOWANIE**

Masa tabletki zadeklarowana przez klienta = 500 mg



---

Zatwierdzający: Natalia Papaja-Liczbberska  
Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.